

## คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL)

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่อง IPL ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคผิวนังที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือด การกำจัดขน การฟื้นฟูสภาพผิว ผลัดเซลล์ผิว ได้
- 1.2 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 200 – 240 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
- 1.3 ที่ฐานของเครื่องมี 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถถอดล้อ ได้

### 2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 เป็นเครื่อง IPL ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 555 – 950 นาโนเมตร และมีหัว Fractional Non-ablative Laser ที่มีความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร
- 2.2 การทำงานสำหรับ IPL
  - 2.2.1 แหล่งกำเนิดแสงความเข้มข้นสูง ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 555 – 950 นาโนเมตร
  - 2.2.2 สามารถส่งพลังงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 13 จูลต่อตารางเซนติเมตร ( $J/cm^2$ )
  - 2.2.3 มีขนาดของหัวยิงหรือหัวปล่อยแสง (Foot Print/Spot size) ไม่น้อยกว่า 4.5 ตารางเซนติเมตร
  - 2.2.4 ควบคุมการทำงานของเครื่องโดยใช้ Finger switch หรือ Foot switch
- 2.3 การทำงานสำหรับ Fractional Non-ablative Laser
  - 2.3.1 แหล่งกำเนิดพลังงาน Laser ที่มีความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร
  - 2.3.2 ช่วงเวลาในการปล่อยพลังงาน (Pulse duration) ได้ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิวินาที
  - 2.3.3 ปรับพลังงานสูงสุด (Maximum pilse energy) ได้ไม่น้อยกว่า 70 มิลลิจูล
  - 2.3.4 หัวยิงเป็นแบบ Roller ปรับความกว้าง (Scan width) ในการปล่อยเลเซอร์ได้ 4 – 12 มิลลิเมตร และ มีระบบ Motion sensor
  - 2.3.5 สามารถปรับตั้งค่าระดับเพอร์เซ็นต์ความเข้มของพลังงาน (% coverage) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 %
  - 2.3.6 มีระบบการเป่าลมเย็น SoftCool ขณะทำการรักษา
  - 2.3.7 ควบคุมการปล่อยพลังงานเลเซอร์โดยใช้ Foot switch

### 3. อุปกรณ์ประกอบ

- 3.1 แ้วตากันแสง IPL สำหรับแพทย์ จำนวน 4 อัน
- 3.2 แ้วตากันแสงเลเซอร์ 1550 สำหรับแพทย์ จำนวน 4 อัน
- 3.3 แ้วตากันแสงเลเซอร์สำหรับคนไข้ จำนวน 2 อัน
- 3.4 คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

### 4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
- 4.2 รับประกันคุณภาพของตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ อุปกรณ์รวมถึงค่าแรง โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 2 ปี สำหรับ ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติ

- 4.3 เครื่องมีหันสีอิรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา  
ของประเทศไทย (อย.)
- 4.4 ตลอดช่วงเวลาการรับประทาน บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 4 เดือน โดยไม่มี  
ค่าใช้จ่าย
- 4.5 บริษัทผู้จำหน่ายต้องได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485
- 4.6 มีวิศวกร ผู้ชำนาญเฉพาะทางที่ได้รับการฝึกอบรม เรื่องการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องโดยตรงจาก  
บริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ) ..... พ.ต.ท. พ.ร.ร.นว' ..... ประธานกรรมการ  
(นางประภาวรรณ เขาวาณิช)

พ.ร.ร.นว  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางปิยะพร สายสนธิ)

(ลงชื่อ) ..... พ.ต.ท. ก. ..... กรรมการ  
(นางพุทธิกาณจน์ กิจจาบัญชา)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

.....  
.....  
(นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ)  
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  
ผู้รับรองรายละเอียด