

รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ

ที่	รายการ	จำนวน
	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	
1.	ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11 (1 กล่อง = 100 ชิ้น) ชนิดพิเศษ	15 กล่อง
2.	Slide 1 x 3 (1 กล่อง = 72 ชิ้น)	1,000 กล่อง
3.	ถุงมือ Disposable No. XS ชนิดไม่มีแป้ง (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	100 กล่อง
4.	ถุงมือ Disposable No. S ชนิดไม่มีแป้ง (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	2,000 กล่อง
5.	ถุงมือ Disposable No. M ชนิดไม่มีแป้ง (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	1,500 กล่อง
6.	Disposable Insulin 1 ml. พร้อมเข็ม 27x1/2" (100U) (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	150 กล่อง
7.	Disposable TUBERCULIN 1 ml. without Needle (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	250 กล่อง
8.	Disposable Syringe 3 ml. without Needle (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	250 กล่อง
9.	Disposable Syringe 5 ml. without Needle (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	150 กล่อง
10.	Disposable Syringe 10 ml. without Needle (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	150 กล่อง
11.	Disposable Needle เบอร์ 18x1" (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	150 กล่อง
12.	Disposable Needle เบอร์ 21x1" (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	350 กล่อง
13.	Disposable Needle เบอร์ 21x1 1/2" (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	100 กล่อง
14.	Disposable Needle เบอร์ 23x1" (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	150 กล่อง
15.	Disposable Needle เบอร์ 27x1" (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	100 กล่อง
16.	ใบมีดผ่าตัด (สำหรับขูดเชื้อ) เบอร์ 10 ชนิดธรรมดา (1 กล่อง = 100 ชิ้น)	300 กล่อง
17.	หมวก Disposable สีเขียว (100 ชิ้น/ห่อ)	1,000 ห่อ
18.	พลาสติกอร์ 12" x 10 หลา (Transpore)	100 กล่อง
19.	หน้ากากอนามัย (Disposable Mask)	1,000 กล่อง

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ของสถาบันโรคผิวหนัง

1.ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถาบันโรคผิวหนัง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของสถาบันฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด

3.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันโรคผิวหนัง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

4. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
1.	ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11 พิเศษ	-เป็นใบมีดสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ทำด้วยสแตนเลส สตีล -ขนาดใบมีด เบอร์ 11 บรรจุ 100 อัน/กล่อง -ผ่านการ Sterile ด้วยรังสีแกมมา Gamma Radiation
2.	Slide 1x3	-เป็นแผ่นกระจกใสที่ใช้ในการตรวจตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์ -เป็นกระจกใสทั้งแผ่นไม่มีฝ้าและแผ่นไม่ติดกันมีกระจกกันทุกแผ่น ,มีสารดูดความชื้น -มีขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตรหนา 1.0 - 1.2 มิลลิเมตร -ขอบขัดเรียบทั้งสี่ด้าน และมุมทั้งสี่ถูกตัดพร้อมขัดเรียบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ -พื้นหน้าและหลังเรียบทั้งแผ่น -บรรจุอยู่ในกล่องที่มีสภาพแข็งแรง บรรจุกล่องละ 72 แผ่น
3.	ถุงมือ Disposable No.XS ชนิดไม่มีแป้ง	-เป็นถุงมืออย่าง สำหรับการตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง -ถุงมือมีผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้งติด ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ -มีขนาด เบอร์ XS บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง -ระบุวันผลิต วันหมดอายุ ที่กล่องทุกกล่อง -ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ อย. -ได้รับมาตรฐาน มอก. -มีเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Product Specification) -ความหนาที่ปลายนิ้วกลาง ต้องไม่ต่ำกว่า 0.11 มม. และความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือต้องไม่ต่ำกว่า 0.08 มม. -ความยาวถุงมือต้องไม่ต่ำกว่า 220 มม. -ความกว้างของฝ่ามือ 60 - 80 มม.

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
4.	ถุงมือ Disposable No.S ชนิดไม่มีแป้ง	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นถุงมืออย่าง สำหรับการตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง -ถุงมือมีผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้งติด ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ -มีขนาด เบอร์ S บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง -ระบุวันผลิต วันหมดอายุ ที่กล่องทุกกล่อง -ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ อย. -ได้รับมาตรฐาน มอก. -มีเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Product Specification) -ความหนาที่ปลายนิ้วกลาง ต้องไม่ต่ำกว่า 0.11 มม. และความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือต้องไม่ต่ำกว่า 0.08 มม. -ความยาวถุงมือต้องไม่ต่ำกว่า 220 มม. -ความกว้างของฝ่ามือ 70 - 90 มม.
5.	ถุงมือ Disposable No.M ชนิดไม่มีแป้ง	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นถุงมืออย่าง สำหรับการตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง -ถุงมือมีผิวไม่เรียบ ไม่มีแป้งติด ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ -มีขนาด เบอร์ M บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง -ระบุวันผลิต วันหมดอายุ ที่กล่องทุกกล่อง -ได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ อย. -ได้รับมาตรฐาน มอก. -มีเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของถุงมือสำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (Product Specification) -ความหนาที่ปลายนิ้วกลาง ต้องไม่ต่ำกว่า 0.11 มม. และความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือต้องไม่ต่ำกว่า 0.08 มม. -ความยาวถุงมือต้องไม่ต่ำกว่า 230 มม. -ความกว้างของฝ่ามือ 85 - 105 มม.
6.	Disposable Insulin 1 ml. พร้อมเข็ม 27x1/2" (100U)	<ul style="list-style-type: none"> -กระบอกสูบและก้านฉีดทำจากโพลีโพรไพลีนชนิด Medical grade -ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ -มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียด ชัดเจน ได้มาตรฐาน -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -บรรจุซองเดี่ยว -ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้ ที่ซองบรรจุ -ได้รับมาตรฐาน มอก. -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
7.	Disposable TUBERCULIN 1 ml. without Needle	-กระบอกสูบและก้านฉีดยาทำจากโพลีโพรไพลีนชนิด Medical grade -ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ -มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียด ชัดเจน ได้มาตรฐาน -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -บรรจุซองเดี่ยว -ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้ที่ของบรรจุ -ได้รับมาตรฐาน มอก. -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
8.	Disposable Syringe 3 ml. without Needle	-กระบอกสูบและก้านฉีดยาทำจากโพลีโพรไพลีนชนิด Medical grade -ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ -มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียด ชัดเจน ได้มาตรฐาน -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -บรรจุซองเดี่ยว -ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้ที่ของบรรจุ -ได้รับมาตรฐาน มอก. -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
9.	Disposable Syringe 5 ml. without Needle	-กระบอกสูบและก้านฉีดยาทำจากโพลีโพรไพลีนชนิด Medical grade -ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ -มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียด ชัดเจน ได้มาตรฐาน -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -บรรจุซองเดี่ยว -ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้ที่ของบรรจุ -ได้รับมาตรฐาน มอก. -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
10.	Disposable Syringe 10 ml. without Needle	-กระบอกสูบและก้านฉีดยาทำจากโพลีโพรไพลีนชนิด Medical grade -ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์ -มีขีดบอกปริมาตรที่ละเอียด ชัดเจน ได้มาตรฐาน -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -บรรจุซองเดี่ยว -ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วันที่ผลิตและวันหมดอายุไว้ที่ของบรรจุ -ได้รับมาตรฐาน มอก. -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
11.	Disposable Needle เบอร์ 18x1”	-ท่อเข็มผนังบางทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) -ตัดหน้าปาดเข็มแบบ Lancet blade -หัวต่อสามารถสวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้กระชับพอดี -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีน-ออกไซด์ -มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบุที่ของและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
12.	Disposable Needle เบอร์ 21x1”	-ท่อเข็มผนังบางทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) -ตัดหน้าปาดเข็มแบบ Lancet blade -หัวต่อสามารถสวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้กระชับพอดี -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ -มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบุที่ช่องและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
13.	Disposable Needle เบอร์ 21x1/2”	-ท่อเข็มผนังบางทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) -ตัดหน้าปาดเข็มแบบ Lancet blade -หัวต่อสามารถสวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้กระชับพอดี -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ -มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบุที่ช่องและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
14.	Disposable Needle เบอร์ 23x1”	-ท่อเข็มผนังบางทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) -ตัดหน้าปาดเข็มแบบ Lancet blade -หัวต่อสามารถสวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้กระชับพอดี -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ -มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบุที่ช่องและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
15.	Disposable Needle เบอร์ 27x1”	-ท่อเข็มผนังบางทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) -ตัดหน้าปาดเข็มแบบ Lancet blade -หัวต่อสามารถสวมเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้กระชับพอดี -ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ -มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบุที่ช่องและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน -บรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง
16.	ใบมีดผ่าตัด (สำหรับชุดเนื้อ) เบอร์ 10 ชนิดธรรมดา	-เป็นใบมีดสำหรับใช้ในห้องชุดเชื้อ ทำด้วย Stainless Steel -ขนาดใบมีด เบอร์ 10 บรรจุ 100 อัน/กล่อง -ผ่านการ Sterile ด้วยรังสีแกมมา Gamma Radiation
17.	หมวก Disposable สีเขียว	-เป็นหมวกคลุมผมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง -ทำด้วยแผ่นใยพิเศษ ยืดหยุ่นได้ดี -มีขนาดบรรจุ 100 ชิ้น/กล่อง -เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
18.	พลาสติก 12"x10 หลา (Transpore)	-เป็นเทปยึดผ้าปิดแผลและแต่งแผลชนิดใส มีขนาด 12"x10 หลา -แต่ละม้วน แบ่งย่อยเป็นขนาด 4 นิ้ว และฉีกได้หลายขนาดตามต้องการ -เนื้อเทปมีรูระบายอากาศ ป้องกันการอับชื้น -ใช้สะดวกฉีกง่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน -การเป็นชนิด Hypoallergenic ไม่ทำให้แพ้และระคายเคืองต่อผิวหนัง
19.	หน้ากากอนามัย (Disposable Mask)	-เป็นผ้าปิดปาก ชนิดคล้องหู ใช้ครั้งเดียวทิ้ง -เป็นผ้าใยสังเคราะห์ ชนิด 3 ชั้น (3 Layers) กรองเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 97% -มี Plastic Coated Steed Wire ทำให้กระชับแน่นไม่หลุดง่าย -มีขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสั่งซื้อ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา

7. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงิน 1,210,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

8. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้ซื้อจะออกหนังสือสั่งซื้อแต่ละคราว ชำระเงินตามหนังสือสั่งซื้อแต่ละคราว

9. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

10. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. อื่นๆ

11.1 เงื่อนไขทั่วไป

11.1.1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกรายการ ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุอย่างชัดเจน

11.1.2 วันเดือนปีที่ผลิตต้องระบุวันผลิต ไม่เกิน 180 วัน ณ วันที่ส่งของ

(ลงชื่อ).....*ปณิธาน*.....ประธานกรรมการ
(นายปณิธาน เสงี่ยม)

(ลงชื่อ).....*ณิชา*.....กรรมการ
(นางยุพาพร ปัญญาคม)

(ลงชื่อ).....*ชัชวาล* *พนาค*.....กรรมการ
(นางสาวธารีรียา บุนนาค)